Dipartimento Interaziendale Tecnico e Logistica
Servizio Acquisizione Beni

Il Direttore

Fornitura di Kit per il sequenziamento massivo parallelo per la diagnosi molecolare dei geni correlati alle neurofibromatosi, alle aortopatie ereditarie, alla sindrome di Alport, alle Sindromi Autoinfiammatorie Ereditarie ed alle malattie emorragiche congenite occorrenti alla UO Genetica Medica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

CHIARIMENTI DEL 13 FEBBRAIO

Quesito 1
AP153: il nome del gene non sembra corrispondere a geni noti: è possibile verificare e indicare il nome corretto?

Risposta 1
Il nome corretto del gene è AP1S3. Si tratta di un nostro errore di battitura.

Quesito 2
Per i 7 geni dove è richiesto di includere le regioni 5'UTR (500 bp): si richiede di fornire il gene ID e il transcript ID corrispondente per identificare correttamente le regioni target (es. F8 - NM_000132 - ENST00000360256)

Risposta 2
In allegato le regioni di riferimento

Quesito 3
Per i 7 geni dove è richiesto di includere le regioni 5'UTR è possibile che siano presenti meno di 500 bp a monte del sito di inizio trascrizione: è necessario coprire effettivamente 500 bp a monte o semplicemente coprire l'intero 5'UTR, anche se più breve?

Risposta 3
Si intende la regione upstream dei geni. La regione 5'UTR è già compresa nell'esone 1 dei singoli geni. Servono le 500bp a monte nella 5' upstream region (nel file allegato le posizioni corrette).