



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AOO000

REGISTRO: Determinazione

NUMERO: 0000459

DATA: 13/04/2021 09:19

OGGETTO: Fornitura di Dispositivi medici per cardiocirurgia e terapia intensiva, ai sensi del D.lgs. 163/2006, suddivisa in sessantaquattro lotti, tra le Aziende Associate all'Area Vasta Emilia Nord-Azienda Capofila Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma. Indizione di gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 163/2006. Durata contrattuale anni quattro. Importo presunto complessivo a base d'asta €. 9.249.832,80 IVA esclusa – Atto di esclusione.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Silvia Orzi

ADOTTATO DA:

S.C.I. Acquisizione Beni

CLASSIFICAZIONI:

- [02-04-06]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegiosindacale@ao.pr.it

DOCUMENTI:

| File | Firmato digitalmente da | Hash |
|--|-------------------------|--|
| DETE0000459_2021_determina_firmata.pdf | Orzi Silvia | D9BD9AE13F2A6BA32CAA2AF4C8DE6F5 5DBC4EE94F4448F4B9B22B463B32B323 |
| DETE0000459_2021_Allegato1.pdf: | | 99301878FC3CAC19562C718A378AC6742 16A9FCCC33170AD2133B4077395CA11 |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



S.C.I. Acquisizione Beni

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Fornitura di Dispositivi medici per cardiocirurgia e terapia intensiva, ai sensi del D.lgs. 163/2006, suddivisa in sessantaquattro lotti, tra le Aziende Associate all'Area Vasta Emilia Nord-Azienda Capofila Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma. Indizione di gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 163/2006. Durata contrattuale anni quattro. Importo presunto complessivo a base d'asta €. 9.249.832,80 IVA esclusa – Atto di esclusione.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 366 del 27/09/2016 avente oggetto "Istituzione del Dipartimento Interaziendale "Tecnico e Logistica" tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma in attuazione del processo di integrazione delle funzioni di area tecnico-amministrativa e di staff - Articolazione organizzativa - Approvazione della specifica convenzione attuativa";

CONSTATATA la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto;

PREMESSO che:

- sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 163/2006, questa Azienda ha indetto, con atto n. 107 del 15/03/2016, una gara a procedura aperta per la fornitura in n. 64 lotti di dispositivi medici per cardiocirurgia e terapia intensiva, per le necessità delle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Emilia Nord. Importo a base d'asta € 9.249.832,80 (IVA esclusa) e contestualmente approvato la relazione tecnico illustrativa, il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'affidamento del servizio, Capitolato Speciale e allegati, Disciplinare di gara ed allegati, Schema di contratto e pubblicazione a norma di legge degli avvisi di gara;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E) e in formato ridotto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), nonché come indicato all'art 66 comma 7 del D. Lgs. n.163/2006 in estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale, sul sito della stazione appaltante, sul sito dell'AVEN nonché sul sito SITAR della Regione Emilia Romagna e sul sito del Ministero delle Infrastrutture;
- la scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata alle ore 12.00 del 20 maggio 2016 (termine perentorio a pena di esclusione);
- in data 25 maggio 2016 alle ore 10.00 presso l'Aula di Rappresentanza si era proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte contenenti la documentazione amministrativa pervenute entro la



summenzionata data ed alla verifica delle regolarità delle stesse e pertanto venivano collocate le offerte dalle società e per i lotti di seguito dettagliati:

| DITTE | LOTTO |
|----------------------|---|
| AB MEDICA | 10 |
| APTIVA MEDICAL | 6-14-17-35-39-47 |
| ARTECH | 30-64 |
| ASSUT EUROPE | 2-12-31 |
| B. BRAUN MILANO | 2-12 |
| BARD | 1-2 |
| BAXTER | 29 |
| BEAVER VISITEC | 58 |
| CHANT & KOOK MEDICAL | 2-3-4-6-11-12-14-17-24-34-35-58 |
| COVIDIEN ITALIA | 2-44-60 |
| DEAS | 25-59-60-61 |
| EDWARDS | 31-32-33-63 |
| EUROSETS | 6-11-14-16-17-20-26-35-38-39-52 |
| FIAB | 12 |
| GADA ITALIA | 8-37- |
| INTERSURGICAL | 25-59 |
| MAQUET | 8-9-15-20-21-28-36-37-55 |
| MEDICAL INSTRUMENTS | 30-31-34-63-64 |
| MEDISIZE ITALIA | 25-59 |
| MEDTRONIC ITALIA | 4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18-22-24-35-37-39-40-41-42-47-48-50-52-56-57 |
| POLLUTION HOSPITAL | 17-36-37-48-49-50-51 |
| REDAX | 27-38 |
| SEROM MEDICAL | 28 |
| SIM ITALIA | 35 |
| SMITHS MEDICAL | 27-44 |
| SORIN GROUP | 6-7-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-26-27-30-31-32-33-35-36-37-39-41-42-46-47-50-52-53-54-55-56-57-63-64 |
| ST. JUDE MEDICAL | 29-30-31-32-63-64 |
| TELEFLEX | 2-24-25-34-38-43-44-45 |

- non essendo pervenuta alcuna offerta per i lotti n. 23 e 62 gli stessi venivano dichiarati deserti.
- con atto n. 192 del 09/06/2016 veniva nominata la Commissione Giudicatrice nella composizione dettagliata come segue: PRESIDENTE: Prof. Tiziano Gherli (Direttore U.O. Cardiocirurgia Azienda



Ospedaliera di Parma) COMPONENTI: Dott. Nicola Cieri (Dirigente Farmacista Azienda Azienda Ospedaliera di Parma); Dott. Eugenio Menozzi (Perfusionista Azienda Azienda Ospedaliera di Parma); Dott.ssa Silvia Orzi (Direttore Servizio Attività Economiche e di Approvvigionamento Azienda Ospedaliera di Parma); Sig.ra Elena Castelli (Coordinatore Infermieristico Comparto Operatorio Cardiocirurgia Azienda Ospedaliera di Parma); Segretario Verbalizzante: Sig.ra Zoppi Roberta (Assistente amministrativo Servizio Attività Economiche e di Approvvigionamento Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma);

- Il giorno 23/06/2016, alle ore 9.30 nell'Aula di Rappresentanza situata presso il Padiglione n. 15, si era riunita in seduta pubblica la Commissione Tecnica di cui sopra al fine di procedere alla apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica presentata dai singoli partecipanti. Tutte le 28 Ditte partecipanti avevano presentato idonea documentazione e preso atto della regolarità e sostanziale completezza della documentazione presentata da parte di tutte le ditte partecipanti il Presidente di seggio ne decretava l'ammissione alle successive fasi della gara.
- con atto n. 22 del 21/01/2018 si è provveduto a sostituire un membro della Commissione Giudicatrice (Dott. Eugenio Menozzi viene sostituito da Dott. Francesco Nicolini);
- con atto n. 266 del 15/03/2019 si è provveduto a sostituire un membro della Commissione Giudicatrice (Dott. Nicola Cieri sostituito dalla Dott.ssa Alessandra Zanardi);
- con atto n. 668 del 22/07/2020 si è provveduto a sostituire (dott. Tiziano Gherli con dott.ssa Hellen Formaggioni e contemporaneamente rideterminare la composizione della Commissione Giudicatrice Presidente Prof. Francesco Nicolini – componenti: Alessandra Zanardi – Hellen Formaggioni- Orzi Silvia – Castelli Elena)

VISTI i verbali di valutazione tecnica del 28/06/2016, 07/10/2020, 25/01/2021 dai quali si evince che la Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione dei sistemi offerti;

ATTESTATO che, la commissione di gara ha ritenuto escludere i seguenti lotti per le motivazioni di seguito riportate:

- LOTTI 3 e 55: i dm offerti non risultano più commercializzati;
- LOTTI 10: i fabbisogni sono stati fatti rientrare nella gara Intercenter "Fornitura DM per emodinamica esclusi gli Stents" aggiudicata con atto n. 334 del 04/09/2019;
- LOTTI 27, 51 e 54: il materiale viene fornito attraverso il magazzino unico di Reggio Emilia in quanto aggiudicato in gare AVEN nel frattempo attivate;
- LOTTI 42 e 57 : i fabbisogni sono fatti rientrare nella gara indetta dall'Azienda Ausl di Bologna "procedura aperta relativa alla fornitura di dispositivi medici e protesi per cardiocirurgia" indetta con atto n. 1176 del 26/05/2020;
- LOTTI 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 46, 47, 48, 49, 50, 63 e 64: la commissione ritiene, alla luce degli aggiornamenti tecnologici intervenuti, di inserirli in una nuova procedura di gara di prossima predisposizione;

RILEVATO che,

- con protocollo 15809 del 19/04/2018 la ditta Chant&Kook Medical Srl ritira la propria offerta per i lotti 4-6-14-17-35;



- con protocollo 19860 del 21/05/2018 la ditta Maquet Italia Spa ritira la propria offerta per i lotti 15-20-21;

PERTANTO restano in gara le seguenti ditte per i seguenti lotti:

| DITTE | LOTTO |
|----------------------|--|
| APTIVA MEDICAL | 6-14-17-35 |
| ASSUT EUROPE | 2-12 |
| B. BRAUN MILANO | 2-12 |
| BARD | 1-2 |
| BEAVER VISITEC | 58 |
| CHANT & KOOK MEDICAL | 2-11-12-24-34-58 |
| COVIDIEN ITALIA | 2-44-60 |
| DEAS | 25-59-60-61 |
| EUROSETS | 6-11-14-17-26-35-38-52 |
| FIAB | 12 |
| GADA ITALIA | 8 |
| INTERSURGICAL | 25-59 |
| MAQUET | 8-9 |
| MEDICAL INSTRUMENTS | 34 |
| MEDISIZE ITALIA | 25-59 |
| MEDTRONIC ITALIA | 4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-17-24-35-40-41-52-56 |
| POLLUTION HOSPITAL | 17 |
| REDAX | 38 |
| SIM ITALIA | 35 |
| SMITHS MEDICAL | 44 |
| SORIN GROUP | 6-7-11-13-14-17-26-35-41-52-53-56 |
| TELEFLEX | 2-24-25-34-38-43-44-45 |

VERIFICATO che non sono ritenute idonee e quindi non ammesse alla comparazione economica le offerte delle seguenti Ditte e per i seguenti lotti poiché non risultati sufficienti in quanto hanno raggiunto un punteggio di qualità inferiore a 36, così come si evince dall'Allegato A (stralci di verbale 7/10/2020):

APTIVA MEDICAL: LOTTO 14

ASSUT EUROPE: LOTTO 12

CHANT&KOOK MEDICAL: LOTTO 2, 12, 58

COVIDIEN ITALIA SRL: LOTTO 44

FIAB SRL: LOTTO 12

MEDTRONIC: LOTTO 17, 24

SMITHS MEDICAL: LOTTO 44

SORIN GROUP: LOTTO 6, 17



ASSUNTE relativamente al provvedimento in esame le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi del Capo II della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

INDIVIDUATA quale assistente al Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Barbata Irene e la Rag.ra Castellano Samantha, ai sensi del Capo II della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Determina

1) di escludere, per le motivazioni di cui in premessa, e di non ammettere alla fase di valutazione delle offerte economiche, le offerte presentate dalle seguenti ditte e per i seguenti lotti:

| DITTE | LOTTO |
|----------------------|--|
| AB MEDICA | 10 |
| APTIVA MEDICAL | 14 |
| ARTECH | 30-64 |
| ASSUT EUROPE | 12 |
| BAXTER | 29 |
| CHANT & KOOK MEDICAL | 2-3-4-6-12-14-17-35-58 |
| COVIDIEN ITALIA | 44 |
| EDWARDS | 31-32-33-63 |
| EUROSETS | 16-20-39 |
| FIAB | 12 |
| GADA ITALIA | 37 |
| MAQUET | 15-20-21-28-36-37-55 |
| MEDICAL INSTRUMENTS | 30-31-63-64 |
| MEDTRONIC ITALIA | 15-16-17-18-22-24-37-39-42-47-48-50-57 |
| POLLUTION HOSPITAL | 36-37-48-49-50-51 |
| REDAX | 27 |
| SEROM MEDICAL | 28 |
| SMITHS MEDICAL | 27-44 |
| SORIN GROUP | 6-15-16-17-18-19-20-21-22-27-30-31-32-33-36-37-39-42-46-47-50-54-55-57-63-64 |
| ST. JUDE MEDICAL | 29-30-31-32-63-64 |

2) di trasmettere copia del presente atto alle ditte interessate.



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Silvia Orzi

Firmato digitalmente da:
Silvia Orzi

| LOTTO 6 | | DM Offerto | Confezionamento | MAX 20 PUNTI | Punteggio assegnato | MAX 35 PUNTI | Punteggio assegnato | MAX 5 PUNTI | Punteggio assegnato | TOTALE |
|---|-------------|--------------------------------|------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| DISPOSITIVI | DITTE | | | Valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo | | Valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso | | Confezionamento | | |
| N. 3.200 Cannula da vaso, preferibilmente in poliuretano punta RETTA 3 mm per canalizzazione della vena safena. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | SORIN GROUP | CANNULA VASALE codice VC-11000 | 1 SCATOLA DA 36 PEZZI | DISPOSITIVO POCO SICURO PERCHE' DOTATO DI TAPPO | 5 | POCO PERFORMANTE | 15 | OTTIMO | 5 | 25 |

| LOTTO 17 | | DM Offerto | Confezionamento | MAX 20 PUNTI | Punteggio assegnato | MAX 35 PUNTI | Punteggio assegnato | MAX 5 PUNTI | Punteggio assegnato | TOTALE |
|--|--------------|--|------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|---------------|
| DISPOSITIVI | DITTE | | | Valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo | | Valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso | | Confezionamento | | |
| N. 2.000 Catetere per cardioplegia retrograda, autogonfiante, mandrinata per adulti, lunghezza 32cm circa, 14fr. Il catetere deve inoltre avere linea per misurazione pressione. | | | | | | | | | | |
| | MEDTRONIC | CNNULA RCSP IN PVC codice 94845 | 10 PEZZI | SCARSA QUALITA' DEL MATERIALE DI RIVERSTIMENTO DELLA CANNULA | 10 | DIFFICOLTA' NELL'INSERIMENTO IN SENO CORONARICO | 15 | PER LE FINALITA' DEL PRODOTTO IL CONFEZIONAMENTO E' OTTIMO | 5 | 30 |
| | SORIN | CANNULE PER CARDIOPLEGIA RETROGRADA codice RCS-12314 | 5 PEZZI | SCARSA QUALITA' DEL MATERIALE DI RIVERSTIMENTO DELLA CANNULA | 10 | DIFFICOLTA' NELL'INSERIMENTO IN SENO CORONARICO | 15 | PER LE FINALITA' DEL PRODOTTO IL CONFEZIONAMENTO E' OTTIMO | 5 | 30 |

| LOTTO 24 | | DM Offerto | Confezionamento | MAX 20 PUNTI | Punteggio assegnato | MAX 35 PUNTI | Punteggio assegnato | MAX 5 PUNTI | Punteggio assegnato | TOTALE |
|--|--------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|---------------|
| DISPOSITIVI | DITTE | | | Valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo | | Valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso | | Confezionamento | | |
| N. 1.600 Aorta vein punch mis. mm 4 - 4,4 - 4,8 - 5,0 e 5,2. | MEDTRONIC | PUNCH AORTICI APU4XX APU5XX | 6 PEZZI | MANIPOLO DI RIDOTTE DIMENSIONI | 10 | SI RILEVA PIU' DIFFICOLTA' NEI PAZIENTI CON TORACE DI NOTEVOLI DIMENSIONI | 18 | PER LE FINALITA' DEL PRODOTTO IL CONFEZIONAMENTO E' OTTIMO | 5 | 33 |

| LOTTO 44 | | DM Offerto | Confezionamento | MAX 20 PUNTI | Punteggio assegnato | MAX 35 PUNTI | Punteggio assegnato | MAX 5 PUNTI | Punteggio assegnato | TOTALE |
|---|----------------|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| DISPOSITIVI | DITTE | | | Valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo | | Valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso | | Confezionamento | | |
| N. 80 Sets cateteri venosi centrali a tre lumi alto flusso in poliuretano. Diametro 12 fr, lunghezza 16 cm circa. | COVIDIEN | SET PER CATETERE VENOSO CENTRALE codice 8888345611HP | 5 PEZZI | SISTEMA DI FISSAGGIO OBBLIGATO PER CUI POCO FLESSIBILE ALLE NECESSITA' CLINICHE. INADEGUATO 2 DILATATORI, UNO E' INUTILE. | 5 | UTILIZZO FACILE, MA IL DOPPIO INTRODUTTORE AUMENTA IL RISCHIO DI LESIONI VASCOLARI | 15 | ADEGUATO | 5 | 25 |
| | SMITHS MEDICAL | SET PER CATETERE VENOSO CENTRALE codice MXA233... | 10 PEZZI | SISTEMA DI FISSAGGIO ADEGUATO MA DILATATORE TROPPO CORTO | 5 | L'INSERIMENTO DEL DILATATORE PUO' RISULTARE DIFFICOLTOSO PERCHE' TROPPO CORTO SOPRATTUTTO QUANDO SI POSIZIONA IL CATETERE IN SUCCLAVIA E IN PAZIENTI OBESI. | 15 | ADEGUATO | 5 | 25 |

| LOTTO 58 | | DM Offerto | Confezionamento | MAX 20 PUNTI | Punteggio assegnato | MAX 35 PUNTI | Punteggio assegnato | MAX 5 PUNTI | Punteggio assegnato | TOTALE |
|---|--------------|---|--|---|----------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| DISPOSITIVI | DITTE | | | Valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo | | Valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso | | Confezionamento | | |
| N. 3.200 Lame monouso per coronarie. - da pungere : angolata 30° e profonda 3,5 mm; - da isolare: punta smussa tutta tagliente. Confezionamento sterile. | CHANT & KOOK | LAME MONOUSO PER CORONARIE codici: 74-5000; 723002; | 6 PEZZI quntità minima ordine 5 confezioni | LA CONFORMAZIONE DELLA LAMA DA PUNGERE LA CORONARIA E' RITENUTA TROPPO APPUNTITA. LE DIMENSIONI DEL MANIPOLO SONO RIDOTTE | 10 | SI RIELVA UN POSSIBILE AUMENTO DELLA TRAUMATICITA' | 18 | OTTIMO | 5 | 33 |