

**Unione d'acquisto fra le Aziende Associate
all'Area Vasta Emilia Nord
Azienda Capofila Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma**

Tipo procedura:

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CARDIOCHIRURGIA E TERAPIA INTENSIVA PER LE NECESSITA' DELLE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD - DURATA ANNI QUATTRO. CAPOFILA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA.

Titolo:

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CARDIOCHIRURGIA E TERAPIA INTENSIVA PER LE NECESSITA' DELLE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD.

Documento:

CAPITOLATO SPECIALE

Allegati:

Allegato tecnico

Responsabile del
Procedimento

Dott.ssa Silvia Orzi

Referenti per la fase
di affidamento

Roberta Zoppi
Barbara Pessina

Tel. 0521/702412
Tel. 0521/703831
Fax 0521/702365

Mail rzoppi@ao.pr.it
Mail barbarapessina@ao.pr.it

Redazione:

Area Vasta Emilia Nord:
Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma

Servizio Attività Economiche e di
Approvvigionamento
Servizio Farmacia

Referenti tecnici

Prof. Tiziano Gherli

INDICE

1. OGGETTO DELLA FORNITURA	3
2. DURATA DELLA FORNITURA E PREZZI	3
3. ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ..	4
4. REFERENTE DELL'IMPRESA – DOMICILIO DELL'APPALTATORE	4
5. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
6. PERIODO DI PROVA	5
7. LUOGHI E TERMINI DI CONSEGNA	5
8. VALIDITÀ E SCADENZA PRODOTTI	8
9. CONTROLLI SULLE FORNITURE	8
10. VARIAZIONI PRODOTTO IN CORSO DI FORNITURA (INNOVAZIONE TECNOLOGICA)	8
11. RITIRO E SOSTITUZIONE	8
12. PENALI E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI	9
13. CORRISPETTIVO	10
14. PAGAMENTI	10
15. ONERI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE	11
16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO	11
17. SUBAPPALTO	12
18. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	13
19. NORME DI RINVIO	13
20. FORO COMPETENTE	13
21. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	13
22. SPESE CONTRATTUALI	14

CAP. I – OGGETTO DELL'APPALTO

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura **DISPOSITIVI MEDICI PER CARDIOCHIRURGIA E TERAPIA INTENSIVA** ai sensi dell' art. 55 (procedura aperta) e per i lotti n. 63 e 64 ai sensi dell'art. 59 (accordo quadro) del D.lgs. 163/2006, tra le Aziende associate all'Area Vasta Emilia Nord, per un importo complessivo quadriennale a base d'asta di € 9.249.832,80 (Iva esclusa).
Capofila della gara è l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.

La fornitura comprende i dispositivi medici meglio elencati nell'allegato 1 "Allegato tecnico" parte integrante del presente capitolato.

La procedura d'acquisto unificata porterà alla stipulazione di un contratto unico da parte dell'Azienda Capofila, relativo ai fabbisogni delle Aziende facenti parte dell'Associazione, che disciplina le condizioni di fornitura dei prodotti indicati nella misura richiesta sia dall'Unità Logistica Centralizzata dell'Azienda USL di Reggio Emilia (lotti 44-59-60-61-62) sia dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma (lotti dal n. 1 al 43, dal 45 al 58 e dal 63 al 64) con gli ordinativi di fornitura.

In sede di esecuzione contrattuale, relativamente alle forniture destinate all'Azienda Ospedaliera di Parma, ci si riserva di dar corso alle consegne con la modalità in conto deposito (lotti 29-30-31-32-33).

Le aziende sanitarie AVEN si riservano la facoltà durante la vigenza contrattuale di ampliare la fornitura aggiudicata o di aderire successivamente sulla base di sopravvenute necessità.

2. DURATA DELLA FORNITURA E PREZZI

La durata contrattuale pari ad anni quattro decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto dell'Azienda Capofila.

Si precisa che la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di prorogare la fornitura alle condizioni pattuite fino a quando non si sarà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e ciò comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto per almeno il primo anno di durata dello stesso.

Successivamente, su istanza motivata delle parti, eventuali richieste di revisione prezzo saranno valutate in contraddittorio tra le parti.

Le revisioni, nei termini di cui all'art. 115 del D.lgs. 163/2006 saranno operate sulla base di apposita istruttoria condotta dall'Azienda Capofila sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 dello stesso D.lgs. 163/2006.

In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui al citato articolo 7, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (Indice F.O.I.).

3. ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

La fornitura oggetto di acquisto è costituita da n. 64 (sessantaquattro) lotti distinti ed infrazionabili, dettagliatamente descritti nell'allegato 1 "Allegato tecnico" unito al presente capitolato.

Le ditte potranno presentare offerta per uno o più lotti.

Le specifiche tecniche previste vanno intese o interpretate in coerenza con quanto previsto dall'art. 68 del D.lgs. 163/06.

Con riferimento ai lotti dal n. 1 al n. 62 si precisa che gli stessi verranno aggiudicati ai sensi dell'art 83 D.lgs. 163/2006 mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con riferimento ai lotti 63 e 64, poiché gli stessi verranno assegnati mediante accordo quadro ai sensi del l'art 59 del D.lgs. 163/2006, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, in riferimento ai lotti ed alle quantità che andrà ad acquisire, si impegna ad acquistare dalle ditte aggiudicatarie un numero variabile di dispositivi, garantendo alla prima e alla seconda aggiudicataria un minimo acquistabile indicato nella seguente tabella:

GRADUATORIA FINALE DI GARA	N. MINIMO DISPOSITIVI
1° classificato	20%
2° classificato	10%

La restante parte di fornitura potrà essere acquistata, a seconda delle necessità cliniche, da qualunque impresa rientrante nell'accordo quadro.

I quantitativi indicati, corrispondenti al presunto fabbisogno quadriennale sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo le quantità che in effetti gli saranno richieste, corrispondenti al normale fabbisogno, anche per quantitativi eccedenti in più o in meno il quinto d'obbligo stabilito dall'art. 11 della Legge 18 nov. 1923 n. 2440, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.

I beni offerti devono corrispondere a quanto richiesto nel capitolato tecnico ed essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria in vigore.

CAP. II- DISPOSIZIONI SPECIFICHE

4. REFERENTE DELL'IMPRESA – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà individuare e garantire, per l'intero periodo contrattuale, l'apporto di un **capo commessa/ referente dell'impresa**, fornito dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie a norma del presente capitolato, cui conferirà mandato con rappresentanza e che assumerà il ruolo di interfaccia unica con le Aziende Sanitarie. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte a mezzo Raccomandata A/R o fax o e-mail all'appaltatore o a colui che lo rappresenta nella condotta del contratto, presso il domicilio eletto.

5. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente alla stipula del contratto sia l'Unità Logistica Centralizzata dell'Azienda USL di Reggio Emilia che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma provvederanno all'emissione, gestione e pagamento degli ordinativi di fornitura nei quali saranno indicati quantità e tipologie dei prodotti. Sarà cura dell'Azienda Capofila attivare e gestire le procedure necessarie per eventuali proroghe dei contratti.

6. PERIODO DI PROVA

I primi **sei mesi** di fornitura saranno da considerarsi a titolo di prova, al termine del quale l'Azienda contraente potrà recedere dal contratto, con decisione motivata e nelle forme indicate all'art. 17, qualora il materiale, pur dichiarato idoneo in sede di gara, si riveli nel tempo non corrispondente ai requisiti richiesti. Tale periodo decorrerà dalla data di stipula del contratto.

7. LUOGHI E TERMINI DI CONSEGNA

Lotti n. 44-59-60-61-62: Dispositivi Medici in consegna presso Unità Logistica Centralizzata di Reggio Emilia.

La consegna dovrà essere effettuata all'Unità Logistica Centralizzata dell'Azienda USL di Reggio Emilia – Via Vertoiba 10/A, Reggio Emilia secondo le modalità di seguito riportate:

A) Buono d'ordinazione e Documento di trasporto

Le ditte fornitrici sono tenute a consegnare esattamente le quantità richieste con buono d'ordine nei tempi previsti contrattualmente, indicando sul documento di trasporto i seguenti estremi di riferimento:
elenco descrittivo del materiale consegnato;

lotto di produzione, data di produzione e data di scadenza;

indicazione del regime di temperatura di trasporto per gestione della catena del freddo.

B) Consegna su pallets

La ditta fornitrice è obbligata a rispettare alcune precise modalità, pertanto ciascun pallet deve essere:
monoreferenza;

correttamente imballato col cellophane, quando la stabilità della merce lo richiede;

di altezza complessiva (colli + pallet) non superiore a cm 160;

di peso complessivo non superiore ai 750 kg;

costruito con colli perfettamente allineati, senza debordamenti e di peso NON superiore ai 10 Kg;

composto da colli ognuno dei quali deve riportare all'esterno (stampata sul cartone o su di una etichetta autoadesiva applicata sul cartone) l'indicazione del prodotto contenuto e la relativa confezione (primaria e secondaria);

i prodotti in catena del freddo e i prodotti ordinati in modalità urgente dovranno necessariamente essere consegnati su pallet dedicato e cartello identificativo; qualora consegnati con prodotti non in catena del freddo/ non urgenti dovranno essere scaricati con precedenza assoluta.

C) Consegna in colli

Qualora la quantità dello stesso prodotto sia tale da risultare inferiore **a mezzo pallet standard** (vedi punto B), la consegna potrà essere effettuata in singoli od in gruppi di colli. E' obbligatorio che la Ditta fornitrice rispetti le seguenti modalità:

colli **monoreferenza** (nel caso dei colli misti indicazione ben visibile dicitura "COLLO MISTO");

consegne monolotto. Qualora fossero presenti lotti diversi dello stesso prodotto, i lotti diversi non dovranno essere mescolati sul pallet ma divisi da interfalda, ed il lotto dovrà essere facilmente identificabile dall'esterno;

colli monolotto. Qualora non dovessero esserli, il collo multilotto dovrà essere facilmente indentificabile rispetto agli altri colli monolotto;

consegna su pallet Euronorm/Epal da 1200 x 800 mm con cartello di "pallet misto" e interfalda, dove possibile di separazione;

ogni singolo collo deve essere assolutamente integro e riportare all'esterno l'indicazione del prodotto contenuto e la relativa confezione (primaria e secondaria), che **deve essere sempre mantenuta per l'intera durata della fornitura**.

La ditta fornitrice deve garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti:

il prodotto in **catena del freddo** dovrà necessariamente essere consegnato in maniera distinta; qualora consegnato con prodotti non in catena del freddo dovrà essere scaricato con precedenza assoluta e segnalato all'operatore ricevimento merci;

i colli devono essere facilmente identificabili nel pallet, le etichette identificative dei colli devono essere all'esterno del pallet.

D) Caratteristiche dei colli

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste dalla vigente normativa e devono figurare sia sui recipienti di confezionamento unitario sia sull'imballaggio esterno.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza e il numero del lotto.

Tutte le confezioni dei prodotti consegnati (dall'involucro esterno consegnato al vettore, fino all'ultima confezione interna realmente visibile) dovranno, di norma, essere provviste di codice a barre univoco, di opportune dimensioni e di nitidezza di stampa tali da consentire una rapida decodifica con i comuni lettori ottici.

Se la consegna verrà effettuata con modalità diverse da quelle sopraindicate, l'Unità Logistica Centralizzata si riserva la piena facoltà di **NON ACCETTARE** la merce, respingendola al mittente e riservandosi la facoltà di applicare le penali previste contrattualmente.

Le forniture dovranno corrispondere ai quantitativi e alle condizioni richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a carico della ditta.

La ditta dovrà garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

La consegna del materiale, nei quantitativi richiesti di volta in volta negli ordini, dovrà avvenire in un'unica soluzione entro 10 giorni naturali consecutivi data ordine, nel luogo ivi indicato, salvo termini più ravvicinati nei casi d'urgenza. In tali casi la ditta dovrà effettuare la consegna entro la data fissata sugli ordinativi.

Qualora l'Azienda USL di Reggio Emilia titolare dell'ULC si trovi costretta ad acquistare i prodotti immediatamente necessari sul libero mercato, addebiteranno al fornitore inadempiente la differenza tra il prezzo pagato e il prezzo stabilito in contratto con rivalsa sulla cauzione, salvo diverse maggiori responsabilità.

I prezzi di aggiudicazione s'intendono per merce franco magazzino dell'Azienda USL di Reggio Emilia.

Lotti n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-63-64: Dispositivi Medici in consegna presso l' Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.

La consegna dovrà essere effettuata presso il magazzino economale dell'Azienda Ospedaliera di Parma.

Ulteriori precisazioni circa le modalità di consegna, verranno comunicate dall' Azienda medesima successivamente all'aggiudicazione e precisate negli ordinativi di fornitura. Forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

La ditta dovrà garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

I prezzi di aggiudicazione s'intendono per merce franco magazzino economale.

Qualora le Aziende si trovino costrette ad acquistare i prodotti immediatamente necessari sul libero mercato, addebiteranno al fornitore inadempiente la differenza tra il prezzo pagato e il prezzo stabilito in contratto con rivalsa sulla cauzione, salvo diverse maggiori responsabilità.

Lotti n. 29-30-31-32-33: Contratto Estimatorio - Conto deposito

Relativamente ai Dispositivi di cui ai lotti n. 29-30-31-32-33 la ditta aggiudicataria è tenuta a consegnare il materiale oggetto della fornitura nelle quantità, nei luoghi e nei termini previsti secondo le modalità del **contratto estimatorio**, come di seguito indicato.

a) Deposito del materiale e ripristino.

La Ditta fornitrice è tenuta a depositare presso l'U.O. di Cardiochirurgia dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma i dispositivi richiesti dal reparto in rapporto alle modalità di applicazione e dei quantitativi di utilizzo, secondo la formula del "contratto estimatorio" disciplinato dall'art.1556 e seguenti del codice civile.

I quantitativi minimi iniziali e i tempi di reintegro dei prodotti utilizzati saranno concordati con il responsabile dell'U.O.

Ad ogni nuovo deposito sarà emessa bolla di consegna.

L' Azienda Sanitaria potrà richiedere anche telefonicamente la variazione del materiale detenuto in relazione alle necessità e alle urgenze che si verificheranno.

Al momento della consegna, i prodotti dovranno avere validità pari ad almeno ai 2/3 di quella complessiva del prodotto. L'accettazione di prodotti con validità inferiore potrà avvenire ad insindacabile giudizio dell'Azienda. Qualora però tale materiale non venga utilizzato prima della scadenza, la ditta dovrà provvedere al ritiro ed alla contestuale sostituzione.

b) Ripristino

Il ripristino del materiale dovrà essere effettuato dietro richiesta del reparto, entro 24 ore dalla richiesta stessa inoltrata a mezzo fax. Per ogni prodotto utilizzato i reparti richiederanno l'acquisto con l'indicazione della data di utilizzo, del lotto e del codice del prodotto; gli uffici preposti emetteranno tempestivamente un ordine di acquisto alla ditta con indicato in dettaglio, quantità, tipologia, numero di lotto, codice e prezzo del bene utilizzato. La ditta provvederà ad emettere a sua volta la relativa fattura.

c) Custodia

L' Azienda Sanitaria si impegna alla custodia del materiale con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia e a restituire quello non utilizzato, nello stato di integrità e funzionalità. La ditta potrà effettuare in ogni momento controlli sui prodotti in giacenza presso l' Azienda sanitaria. La ditta dovrà periodicamente verificare la data di scadenza del materiale in giacenza presso l' unità operativa e procedere alla sostituzione in tempo utile.

d) Restituzione

Il contratto estimatorio avrà la medesima durata del contratto della fornitura in oggetto e cesserà con la cessazione dello stesso fatto salvo eventuale risoluzione anticipata nel caso in cui tale richiesta pervenisse da parte dell'U.O. richiedente.

Al termine del contratto l'Azienda Sanitaria potrà restituire i prodotti ancora detenuti secondo quanto stabilito all'art. 1556 e seguenti del codice civile; in caso contrario la ditta provvederà ad emettere relativa fattura.

I prodotti restituiti saranno accompagnati da relativa bolla di reso.

8. VALIDITÀ E SCADENZA PRODOTTI

La data di scadenza al momento della consegna dovrà essere pari ad almeno i 2/3 di validità complessiva del prodotto.

La ditta aggiudicataria è tenuta a ritirare ed accreditare prodotti non utilizzati dalle Aziende Sanitarie e/o dall'Azienda USL di Reggio Emilia prossimi alla scadenza della validità d'uso e provvedere alla sostituzione.

9. CONTROLLI SULLE FORNITURE

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dal Servizio competente dell'Azienda utilizzatrice. Gli imballi che a giudizio del personale dell'Azienda presentassero difetti o manomissioni saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La firma sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati rispetto al numero dei prodotti ordinati.

Nel caso non fosse possibile *verificare/periziare* tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi o delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.

Agli effetti delle verifiche qualitative, quindi, la firma apposta per ricevuta non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

10. VARIAZIONI PRODOTTO IN CORSO DI FORNITURA (INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti e strumentario sostitutivi o innovativi, le Ditte aggiudicatarie, previa acquisizione di parere tecnico favorevole degli utilizzatori, si impegnano ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.

La richiesta di sostituzione e la successiva eventuale validazione sarà formalizzata dall'Azienda Capofila.

11. RITIRO E SOSTITUZIONE

Nel caso che la fornitura dovesse risultare di qualità inferiore o, per qualunque altra causa, non conforme alle caratteristiche indicate nel presente capitolato, verrà resa con bolla di reso.

I prodotti forniti potranno essere contestati al fornitore mediante Raccomandata A/R fax PEC o e-mail, quando, anche successivamente al momento della consegna, da una verifica degli stessi, venga accertata la non conformità rispetto a quanto richiesto, o allorché, al momento del loro utilizzo, risultino difettosi, non compatibili o comunque di qualità tale da impedire il corretto utilizzo.

In tal caso la ditta ha l'obbligo di provvedere al ritiro degli articoli non conformi, non compatibili, non funzionanti nel termine stabilito di **giorni quattro lavorativi** di calendario dal momento della contestazione e di restituire il materiale corrispondente alla qualità stabilita e nella quantità richiesta entro i successivi **quattro giorni lavorativi**; i termini decorrono dalla data del ricevimento della raccomandata, del telegramma o del telefax di contestazione.

Nel caso di ritiro e sostituzione del materiale non conforme è sempre applicabile la norma di cui all'art.12 "Penali e sanzioni per eventuali inadempimenti", qualora ne ricorrano le condizioni.

12. PENALI E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI

A. Mancata consegna

Qualora il fornitore non effettuasse in tutto o in parte la consegna del materiale da fornire, l'Azienda Capofila avrà la facoltà di risolvere il contratto "ipso facto et jure" mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo Raccomandata A/R fax PEC o e-mail, tenendo e incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità e di indennizzo dovuti, salvo danni maggiori.

Fermo restando l'equiparazione, di cui al 1° comma del presente paragrafo, circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende Associate all'Aven si riservano inoltre il diritto di provvedere all'acquisto sul mercato anche per qualità migliore addebitando la differenza tra il prezzo pagato e il prezzo contrattuale alla Ditta inadempiente.

Potrà inoltre essere applicata una penale nella misura massima del 10% sul valore del contratto.

B. Ritardi nella consegna

Per ogni giorno solare di ritardo sulle consegne, e con riserva degli eventuali ulteriori danni, l'Azienda Sanitaria potrà applicare una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille sul valore netto contrattuale, comunque complessivamente non superiore al 10% del valore contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo stesso. In caso di ripetuti ritardi nella consegna e qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10% del valore del contratto, l'Azienda Capofila si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

Inoltre le Aziende Sanitarie Associate avranno il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti in danno del fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell'inadempienza stessa, con incameramento in tutto o in parte della cauzione.

C. Fornitura di prodotti difformi

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, le Aziende aderenti all'Unione di Acquisto si riservano la facoltà di procedere in uno dei seguenti modi:

1. restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dalle Aziende. In caso di ritardo nella sostituzione, l'Azienda Sanitaria potrà applicare la penalità prevista per la ritardata consegna;
2. restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Nel caso di ripetuta fornitura di prodotti difformi e qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10% del valore del contratto, l'Azienda Capofila si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto con le modalità di cui al successivo art. 16 "**Risoluzione del contratto**", con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

Sarà equiparato alla mancata consegna, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente 1° comma del punto a), il comportamento del fornitore che, intimato, non provveda entro i termini fissati a ritirare e a sostituire, con spese a proprio carico, i prodotti non conformi a quanto richiesto e/o con validità inferiore a quella richiesta, con altri aventi le caratteristiche pattuite.

CAP. III- DISPOSIZIONI GENERALI

13. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto al fornitore dalle singole Aziende in forza degli ordinativi di fornitura sarà prezzo unitario per le quantità.

Tali corrispettivi si riferiscono ai prodotti consegnati nel pieno adempimento delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori, non potrà vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende aderenti all'Unione di Acquisto o di Aven. Tutti gli obblighi ed oneri del fornitore derivanti dall'esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e pertanto, fatto salvo quanto stabilito all'art. 2 del presente Capitolato speciale, si intende fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino.

14. PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Azienda Sanitaria competente in favore del fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto. Ciascuna fattura emessa dal fornitore dovrà contenere il riferimento al contratto e al singolo ordinativo di fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita all'Azienda Sanitaria richiedente.

I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.lgs. 231/02 e s.m.i.

I fornitori dovranno inviare obbligatoriamente ed esclusivamente le fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I dati necessari per l'invio della fattura elettronica sono i seguenti:

Denominazione Ente	CODICE
AUSLPC	UFR51Q
AUSLPR	UFMMRD
AOUPR	GVU0XW

AORE	UFXAOH
AUSLRE	UFY9MH
AOUMO	UF6WX8
AUSLMO	UFLCTZ

La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo generale dell'Azienda Sanitaria richiedente nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione delle forniture; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo l'Ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo A/R fax PEC o e-mail all'appaltatore.

15. ONERI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

Il Fornitore è responsabile del buon andamento della fornitura a lui affidata e di ogni passività addebitata all'Azienda per l'inosservanza degli obblighi che fanno direttamente carico allo stesso ed al personale dipendente. Osserva le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione contrattuale per la tutela materiale dei lavoratori.

Fornisce la tessera individuale di riconoscimento per ogni addetto, prevista dal combinato disposto dell'art.18, comma 1, lett. u), dell'art.20, comma 3, e dell'art.26, comma 8, del D.lgs. 81/2008 (obbligatoria anche per i lavoratori autonomi), riportante almeno le generalità del lavoratore, qualifica e fotografia, l'indicazione del datore di lavoro.

Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che derivino da fatti ascrivibili all'impresa stessa o ai suoi dipendenti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all' esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto. Detta polizza tiene indenne le Aziende Sanitarie, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto.

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Le Aziende Contraenti avranno la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto da ciascuna stipulato, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo A/R fax PEC o e-mail nelle seguenti ipotesi:

a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;

- b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle forniture, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- c) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- d) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- e) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- f) in caso di cessione del contratto;
- g) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- h) qualora abbiano a contestare per iscritto per due volte, anche non consecutive, la qualità e/o la quantità dei prodotti;
- i) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nelle consegne;
- j) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del prodotto effettuati nel corso dell'esecuzione contrattuale;
- k) nel caso in cui l'affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
- l) nel caso in cui, avendo la stazione appaltante richiesto l'informativa ai sensi della normativa c.d."antimafia", l'ufficio competente ravvisi, ai sensi della normativa specifica, impedimenti alla prosecuzione del contratto già stipulato;
- m) al verificarsi delle circostanze legittimanti la risoluzione contrattuale, disciplinate dal precedente art.12 "PENALI";
- n) in caso di violazione del Codice di comportamento dei professionisti e dei consulenti delle Aziende Sanitarie aderenti all'Aven.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda Capofila ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

17. SUBAPPALTO

Alla ditta fornitrice è vietata qualsiasi cessione o subappalto della fornitura sotto pena di perdita della cauzione, di risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni conseguente danno, salvo espressa autorizzazione al subappalto rilasciata in merito dall'Azienda Contraente a seguito di richiesta specifica.

La Ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare; al riguardo si applica l'art. 118 del D.lgs. 163/2006.

Le Aziende aderenti all'Unione di Acquisto non corrisponderanno direttamente ai subappaltatori l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite. Ai sensi dell'art. 118 comma 3 è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alle Aziende, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'Azienda sospende il successivo pagamento. Il fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono affidate le forniture/ attività in subappalto.

18. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Impresa, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 del sopracitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. Tale previsione è espressamente inserita, a pena di nullità, nel contratto d'appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG relativo alla fornitura. Ai fini di agevolare le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse il CIG dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa, in particolare nelle fatture elettroniche, ai sensi dell'art. 25 comma 2-bis, del D.lgs. N. 66/2014, convertito con L. n., 98/2014.

L'Impresa, se ha notizia dell'inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente le Aziende Contraenti, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l'Impresa.

19. NORME DI RINVIO

Per quant'altro non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento a quanto previsto nel disciplinare e dalle norme in materia e dal Codice Civile.

20. FORO COMPETENTE

Relativamente alla procedura di gara è territorialmente competente il Tar Emilia Romagna sezione di Parma, mentre in caso di controversie legali inerenti l'esecuzione del contratto è competente il foro dell'Azienda Capofila.

21. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati trasmessi all'Azienda Capofila verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo. Aven e le singole Aziende Sanitarie eseguono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I Responsabili/Incaricati del trattamento dati sono individuati all'interno delle singole Aziende

sanitarie in base agli specifici regolamenti aziendali. L'interessato ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 196/03 ha diritto di accesso ai dati personali e all'esercizio degli altri diritti previsti dal medesimo art.7 .

Qualora nell'esecuzione del presente contratto vengano affidati al Fornitore trattamenti dei dati personali di cui AVEN/le Aziende Sanitarie risultino titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.lgs. 196/03. In coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono in particolare:


- nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riguardo a quanto stabilito nel Codice e dal relativo Allegato B;
- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 D.lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite.

22. SPESE CONTRATTUALI

Le spese di registrazione e di bollo dell'eventuale formalizzazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26-10-1972.

Il Direttore del Servizio Attività Economiche
e di Approvvigionamento
Dr.ssa Silvia Orzi



La ditta accetta tutte le clausole inserite nel presente capitolato e, in particolare, a norma dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta e specificamente sottoscrive le condizioni di cui agli artt. 4 (Referente dell'impresa – Domicilio dell'appaltatore), 6 (Periodo di prova), 10 (Variazioni prodotto in corso di fornitura) , 12 (Penali e sanzioni per eventuali inadempimenti), 14 (Pagamenti), 16 (Risoluzione del contratto - Recesso), 20 (foro competente).

Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del
legale rappresentante o di persona abilitata ad
impegnare legalmente la stessa

Allegato Tecnico

Lotto	Q.Tà Quadriennali	Gestione	Descrizione	Criteri di Valutazione: Qualità/Prezzo	Campionatura
	60		Pezzi tessuto chirurgico in poliestere (dacron a bassa porosità), misure 10cmx10cm circa, per interventi di chirurgia cardiovascolare, apposizione di pach, riparazioni di anomalie intracardiache.		
	4		Pezzi tessuto chirurgico in poliestere (dacron ad alta porosità), misure 10cmx10cm circa, per interventi di chirurgia cardiovascolare, apposizione di pach, riparazioni di anomalie intracardiache.		
	60		Pezzi tessuto chirurgico in poliestere (dacron a bassa porosità), misure 15cmx15cm circa, per interventi di chirurgia cardiovascolare, apposizione di pach, riparazioni di anomalie intracardiache.		
	4		Pezzi tessuto chirurgico in poliestere (dacron ad alta porosità), misure 15cmx15cm circa, per interventi di chirurgia cardiovascolare, apposizione di pach, riparazioni di anomalie intracardiache.		
	300		Pezzi tessuto chirurgico in poliestere (dacron ad alta porosità), misure 15cmx15cm circa, per interventi di chirurgia cardiovascolare, apposizione di pach, riparazioni di anomalie intracardiache.		
1	300	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Pezzi tessuto chirurgico (feltro) in PTFE per interventi in zone ad alto flusso e difetti intracardiaci, misure 10cmx10cm - circa.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO ALTA POROSITA' 1 PEZZO BASSA POROSITA' 1 PEZZO IN PTFE 15x15
	300		Idem c.s. misura 15cm x 15cm circa.		
	26.000		Pledget chirurgici in PTFE mis. 6x3 mm, per interventi di sostegno di sutura ove sussista il rischio di lacerazioni, chiusura vascolare, riparazioni settali, epatiche. (Indicare i pezzi contenuti nella confezione).		
2	26.000	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Pledget chirurgici in PTFE mis. 9x4,5x1,6 mm, per interventi di sostegno di sutura ove sussista il rischio di lacerazioni, chiusura vascolare, riparazioni settali, epatiche. (Indicare i pezzi contenuti nella confezione).	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO 6x3 3 PEZZI 9x4,5
	26.000				

Lotto	Q.Tà Quadriennali	Gestione	Descrizione	Criteri di Valutazione: Qualità/Prezzo	Campionatura
3	400	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Barriera riassorbibile antiaderente, trasparente, sterile mis 13 x 15 cm circa.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	2 PEZZI
4	80	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Clips (retrattori) per coronarie apertura 3mm e 5mm.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
5	1.400	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Cannule per arteriotomia (arteria mammaria) preferibilmente in poliuretano lungh. 4,6 cm con punta a bulbo da 1mm, connettore luer femmina.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	2 PEZZI
	200		Cannule per arteriotomia preferibilmente in poliuretano lungh. 3,3 cm con punta a bulbo da 2 mm, connettore luer femmina.		1 PEZZO
6	3.200	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Cannula da vaso, preferibilmente in poliuretano punta RETTA 3 mm per canalizzazione della vena safena.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	3 PEZZI
7	200	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Cannula venosa per ritorno venoso con il vuoto, doppio stadio, totalmente armata, parete sottile, anti kinking, 29/29fr senza connettore.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO

Lotto	Q. Tà Quadriennali	Gestione	Descrizione	Criteri di Valutazione: Qualità/Prezzo	Campionatura
8	80	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Stabilizzatore epicardico monouso per chirurgia a cuore battente completo di accessori.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO PER OGNI TIPO
	4		Stabilizzatore cardiaco monouso formato da una base a divaricatore con sistema di aspirazione, braccio articolato, morsetto di montaggio.		
9	400	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Shunt intracoronarici preferibilmente in poliuretano, utilizzati per deviare il sangue dal punto dell' arteriotomia negli interventi a cuore battente. Monouso e sterile consiste in un tubo di forma cilindrica con punte atraumatiche e bulbi ad entrambe le estremità. E' presente un filo radiopaco su ciascun shunt. Misura punta da 1,00 mm a 3,00 mm.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	2 PEZZI PER MISURA DIVERSA

Lotto	Q. Tà Quadriennali	Gestione	Descrizione	Criteri di Valutazione: Qualità/Prezzo	Campionatura
			- n. 1 telo tavolo madre 100x150 cm rinfor. - n. 1 telo procedure minori 240x350 cm con foro - n. 20 garza idrofila 10x10 cm 16 strati - n. 1 bisturi monouso lama 11 - n. 1 spugnetta per disinfezione H. 15 cm - n. 1 pinza emostatica punta retta in acciaio (mosquito) - n. 1 vassoio rettangolare azzurro 28x25x5 cm - n. 1 ciotola diametro 8 cm 250 ml rossa - n. 1 ciotola diametro 8 cm 250 ml gialla - n. 1 * catetere pigtail 8 fr 40 cm - n. 1 * dilatatore vasale 8 fr 200 mm - n. 1 ** sacca raccolta liquidi 2000 ml attacco Luer maschio - n. 2*** siringa 10 ml cono Luer Lock - n. 1 siringa 20 ml cono Luer Lock - n. 1 siringa 50 ml cono Luer Lock bassa pressione - n. 1*** ago ipodermico 22 GA 40 mm (nero) - n. 1 ago da introduttore 18 GA 120 mm - n. 1** rubinetto 3 vie 360° LLM girevole - n. 1 guida angiografica telefonata punta J 3 mm 0,35" 150 cm - singola flessibilità (non a uso sistema venoso centrale) - n. 1 estensore PVC BP LFF-LLM rotante L 30 cm.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 KIT
10	120	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	* componenti assemblati in PE-CARTA ** sacca raccolta liquidi assemblata con rubinetto a 3 vie *** una siringa 10ml Luer Lock assemblata con ago 22GA nero e con adesivo rosso "LIDOCAINA"	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
11	400	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	KIT emoconcentratori adulti per ultrafiltrazione con circuito dedicato da utilizzare durante la circolazione extracorporea (CEC).	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO

Lotto	Q. Ta Quadriennali	Gestione	Descrizione	Criteri di Valutazione: Qualità/Prezzo	Campionatura
12	8.000	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Elettrodo epicardico adulti per stimolazione cardiaca temporanea, in acciaio intrecciato rivestito. Lunghezza filo cm 60 circa.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	5 PEZZI
13	4.000	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Cannula aortica retta in materiale plastico di grado medicale ad alto flusso e con minima differenza di pressione tra entrata ed uscita, resistenti al piegamento, provvisto di relativo connettore 3/8" L.L. Misure richieste Fr 18, Fr 20, Fr 22, Fr 24	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
14	3.200	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Ago da radice aortica per cardioplegia con introduttore rigido, connessione Luer lock dotato di linea di aspirazione ad Y con clamp e connessione 1/4". Diametro ago 14 G con dispositivo di protezione della punta ago.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
15	800	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Aspiratore pericardico monouso per uso cardiocirurgico con corpo flessibile, in poliuretano e punta metallica. Lunghezza 35 cm circa e connettore 1/4".	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
16	1.200	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Catetere ventricolare da 18fr e lunghezza 35 cm, non armato, con punta perforata di lunghezza fino a 5,5 cm. Mandrino malleabile e regolabile.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO

Lotto	Q.Tà Quadriennali	Gestione	Descrizione	Criteri di Valutazione: Qualità/Prezzo	Campionatura
17	2.000	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Catetere per cardioplegia retrograda, autogonfiante, mandrinata per adulti, lunghezza 32cm circa, 14fr. Il catetere deve inoltre avere linea per misurazione pressione.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
18	160	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Catetere per cardioplegia retrograda, mandrinata per adulti, lunghezza 32cm circa, 14fr con palloncino ad insufflazione manuale da 18 mm circa. Il catetere deve inoltre avere linea per misurazione pressione. Cannula retta di lunghezza 27cm circa diametro 3 mm per perfusione coronarica, con punta 5mm hard. Connessione 1/4". Requisito preferenziale:confezionamento con quantitativi minimi. Cannula retta di lunghezza 27cm circa diametro 3 mm per perfusione coronarica, con punta 6mm soft. Connessione 1/4". Requisito preferenziale:confezionamento con quantitativi minimi. Cannula retta di lunghezza 27cm circa diametro 3 mm per perfusione coronarica, con punta 7mm soft. Connessione 1/4". Requisito preferenziale:confezionamento con quantitativi minimi.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO PER MISURA
19	40	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Cannula retta di lunghezza 27cm circa diametro 3.5 mm per perfusione coronarica, con punta 8mm soft. Connessione 1/4". Requisito preferenziale:confezionamento con quantitativi minimi.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO PER MISURA
20	3.200	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Cannula venosa retta, munita di mandrino otturatore, doppio stadio, armata per tutta la sua lunghezza, con connettore, calibri vari, sito di connessione da 1/2". Punta tipo Bullet.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO

Lotto	Q. Tà Quadriennali	Gestione	Descrizione	Criteri di Valutazione: Qualità/Prezzo	Campionatura
21	800	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Cannula venosa retta , singolo stadio, armata per tutta la sua lunghezza, con connettore, calibri vari, sito di connessione da 3/8" e da 1/2" per i calibri maggiori. Punta tipo Bullet o Lighthouse.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
22	800	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Cannule venose ad alto flusso e con minima differenza di pressione tra entrata ed uscita, a singolo stadio, parete sottile ed armata. Disponibilità di punta retta e angolata a 90° , 22Fr (connessione 1/4" – 3/8").	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
23	1.600	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Kit con catetere venoso centrale in poliuretano a tre lumi, con possibilità di introduzione di un catetere Swan-ganz nel lume distale da 12fr. Un rubinetto a tre vie ad alto flusso, una guaina anticontaminazione da 80 cm circa con sistema interlink, con trattamento antiocclusione ed antinfezione.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
24	1.600	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Aorta vein punch mis. mm 4 - 4,4 -4,8 - 5,0 e 5,2.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	2 PEZZI MISURA mm 4
25	3.600	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Circuito adulti per rianimazione in materiale plastico di grado medicale, con superficie interna liscia, spirale esterna antischacciamento. Presenza di due raccoglitori condensa e catetere mount con raccordo di Cobb girevole nei due sensi 22M/15F per broncoscopia. Lunghezza totale tubi mt. 2. Raccogli condensa posizionati al centro (1 mt. + 1 mt.) Raccordo terminale ad Y per connessione catetere mount e presenza di porte per CO2 espirata e temperatura. Confezione sterile. Tipologia secondo disegno allegato.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	4 PEZZI PROBABILE PROVA CAMPIONATURA

Lotto	Q.Tà Quadriennali	Gestione	Descrizione	Criteri di Valutazione: Qualità/Prezzo	Campionatura
26	6.400	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Raccordi dritti con e senza luer-lock di diversi diametri.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO PER TIPOLOGIA
	6.400		Raccordi a Y con e senza luer-lock di diversi diametri.		
			Catetere toracico morbido angolato per drenaggio ad inserzione retrograda/varie misure: - cannula in PVC antiingocchiamento; - linguetta terminale in PVC; - connettore in polietilene; - graduato ad intervalli di 2 cm; - lunghezza 200 mm / 450 mm circa; - lunghezza fori da 3 mm / 11 mm; - lunghezza fori da 2 mm / 5 mm.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
	3.200		Catetere toracico morbido dritto per adulto per drenaggio ad inserzione retrograda/varie misure: - cannula in PVC antiingocchiamento; - linguetta terminale in PVC; - connettore in polietilene; - graduato ad intervalli di 2 cm fino a 20 mm; - lunghezza 450 mm circa; - lunghezza fori da 7 mm / 11 mm; - lunghezza fori da 3 mm / 5 mm; - completo di raccordo.		
27	3.200	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma		Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
28	400	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Protesi vascolari rette con tessuto in dacron woven prettattate con gelatina, impermeabili con diametro da 6 a 38mm e di lunghezza da 10 a 60 cm.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO

Lotto	Q.Tà Quadriennali	Gestione	Descrizione	Criteri di Valutazione: Qualità/Prezzo	Campionatura
29	60	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Patch in pericardio bovino; - fissato in soluzione di glutaraldeide; - di diverse misure	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	NO CAMPIONATURA
30	60	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Condotta aortico con valvola meccanica bidisco. Deve avere le seguenti caratteristiche fondamentali: - tubo protesico trattato con materiale emostatico; - struttura in carbonio pirolitico negli elementi mobili a contatto con il sangue.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	NO CAMPIONATURA
31	600	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Valvole mitraliche biologiche in pericardio bovino o porcino. Devono avere le seguenti caratteristiche fondamentali: - minimo profilo; - sistema di trattamento che ne garantisca la più lunga durata nel tempo; - preferibile conformazione degli stent intraventricolari tali da minimizzare la possibilità di lesioni muscolari (ventricoli di piccole dimensioni) oppure imprigionamento delle suture.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	NO CAMPIONATURA
32	600	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Valvole aortiche biologiche in pericardio bovino. Devono avere le seguenti caratteristiche fondamentali: - minimo profilo per evitare ostruzioni degli osti coronarici; - costruzione che ne garantisca la minimizzazione del gradiente; - sistema di trattamento che ne garantisca la più lunga durata nel tempo; - preferibilmente predisposta per impianto sovranulare.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	NO CAMPIONATURA
33	80	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Bioprotesi aortica sutureless "Self expandible" oppure "Balloon expandible" per sostituzione valvolare aortica. Con il più lungo follow up clinico.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	NO CAMPIONATURA

Lotto	Q.Tà Quadriennali	Gestione	Descrizione	Criteri di Valutazione: Qualità/Prezzo	Campionatura
34	400	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Supporto guida per suture. Supporto in polipropilene indicato per separare le suture durante gli interventi valvolari (deve garantire semplicità nella sistemazione dei fili di sutura durante gli interventi di sostituzione valvolare).	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	2 PEZZI
35	1.600	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Set tourniquet latex free in confezione sterile monouso contenente n. 5 tourniquet e guida metallica. Ossigenatore a circuiti cave, adatto all'impiego in adulti e in pediatra	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	2 SET
36	1.200	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	dimensioni, a circuito aperto per by-pass cardiopolmonare ad alta compatibilità in tutti i componenti (eparinati o trattamenti equivalenti), con performance di lunga durata per interventi complessi, completi di circuito. Filtro arterioso, filtro gasbatteriológico e predisposti per il passaggio sterile sul campo operatorio, assemblati su disegno della Divisione di Cardiocirurgia. La sezione ossigenante deve avere superficie di scambio in grado di garantire elevate quantità di scambio gassoso. Lo scambiatore di calore, integrato alla sezione ossigenante, deve possedere elevate qualità di scambio termico. Il cardiotorso di tipo integrato deve possedere un filtro da 20-40 micron, una capacità di almeno 3,5 litri, l'ingresso venoso da 1/2" e ingressi filtrati in grado di alloggiare tubi da 1/4" e da 3/8". Sono altresì richiesti ingressi per medicamenti e rampa di prelievo arterioso e venoso. E' richiesta inoltre la predisposizione per una uscita coronaria da 1/4". Sono indispensabili bassi volumi di riempimento (<u>priming statico minore di 220 ml.</u>) e flusso di sangue di almeno 6 lt/min. Tipologia secondo schema allegato.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	2 PEZZI

Lotto	Q.Tà Quadriennali	Gestione	Descrizione	Criteri di Valutazione: Qualità/Prezzo	Campionatura
37	2.000	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Ossigenatore a fibre cave, a circuito aperto per by-pass cardiopolmonare ad alta compatibilità in tutti i componenti (eparinati o trattamenti equivalenti), con performance di lunga durata per interventi complessi, completi di circuito, filtro arterioso e filtro gasbatteriológico e predisposti per il passaggio sterile sul campo operatorio, assemblati su disegno della Divisione di Cardiocirurgia. La sezione ossigenante deve avere superficie di scambio in grado di garantire elevate quantità di scambio gassoso. Lo scambiatore di calore, integrato alla sezione ossigenante, deve possedere elevate qualità di scambio termico. Il cardiologo di tipo integrato deve possedere un filtro da 20-40 micron, una capacità di almeno 4 litri, l'ingresso venoso da 1/2" e ingressi filtrati in grado di alloggiare tubi da 1/4" e da 3/8". Sono altresì richiesti ingressi per medicamenti e rampa di prelievo arterioso e venoso. E' richiesta anche la predisposizione per una uscita coronaria da 1/4". Sono indispensabili bassi volumi di riempimento (priming statico minore di 300 ml.) e flusso di sangue di almeno 7 lt/min. <u>Tipologia secondo schema allegato.</u>	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	2 PEZZI
38	3.600	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Drenaggi toracici con valvola di depressione ad acqua con capacità non inferiore a 2000 cc con dispositivo antingocchiamento dei tubi di raccolta e possibilità di collegamento con sacche di recupero sangue. Requisito preferenziale: confezionamento in doppia busta.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
	2.200	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Sacche per recupero sangue collegabili in linea ai suddetti drenaggi - caratteristiche tecniche: - raccolta singola con filtro da 200 micron circa; - compatibilità con sistema per autotrasfusione; - colorazione dell'acqua nella camera di gorgogliamento; - scarico automatico della pressione negativa eccedente; - sfianto manuale filtrato; - filtro di anticontaminazione in caso di rovesciamento; - fornite di rubinetto per il controllo dell'aspirazione; - possibilità di essere sostenute o sostenersi autonomamente; - possibilità di raccogliere l'autotrasfuso direttamente dalla camera di raccolta, decidendo volta per volta, la necessità di reinfusione; - sacca di autotrasfusione con capacità di almeno 600 ml circa.		

Lotto	Q.Tà Quadriennali	Gestione	Descrizione	Criteri di Valutazione: Qualità/Prezzo	Campionatura
39	400	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Cannule arteriosa flessibile in PVC a punta diagonale, fr 20/22/24 lungh. 20 cm circa, connettore 3/8, anello di sutura mobile.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
40	40	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Cannule arteriosa alto flusso con punta curva sottile, in acciaio, corpo in PVC e connettore 3/8", lungh. della cannula 21,6 cm, diametro esterno 7,3 mm misura della punta della cannula 22 fr.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
41	96	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Cardiotomi capacità 4 litri con filtro da 40 micron, utilizzati con la macchina cuore-polmone.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
42	40	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Circuiti per ritorno venoso assistito in PVC da 1/4" con raccogli condensa.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
43	80	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Sets cateteri composto da ago, guida e catetere in poliuretano con prolunga e clamp, dotato di aletta di fissaggio. Diametro 18 ga, lunghezza 16 cm e diametro 20 ga lunghezza 8 cm.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO

Lotto	Q.Tà Quadriennali	Gestione	Descrizione	Criteri di Valutazione: Qualità/Prezzo	Campionatura
44	80	Unità Logistica Centralizzata Reggio Emilia	Sets cateteri venosi centrali a tre lumi alto flusso in poliuretano. Diametro 12 fr, lunghezza 16 cm circa.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
45	600	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Sets cateteri venosi centrali a due lumi in poliuretano con superficie antisettica. Diametro 8 fr, lunghezza 20 cm circa, e diametro 12 fr, lunghezza 20 cm circa.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
46	600	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Adattatori multipli per cardioplegia in PVC lunghezza 35 cm circa 4 connettori LL maschi e 1 LL femmina con clamps H Roberts.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
47	400	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Cannula per perfusione coronarica con manico in metallo malleabile, punta angolata a 90° e 135°, diametro esterno 3,5 mm lunghezza 14 cm circa e con connessione da 1/4".	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO

Lotto	Q.Tà Quadriennali	Gestione	Descrizione	Criteri di Valutazione: Qualità/Prezzo	Campionatura
48	200	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Cannule venose per accesso percutaneo femorale, armate, radiopache, in poliuretano con parete ultrasottile per massimizzare il flusso e con dilatatore per facilitarne l'inserzione. Presenza di fori nella porzione distale per massimizzare il drenaggio venoso. Varie misure da 20 fr a 25 fr con lunghezza maggiore di 70 cm con connessione da 3/8".	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
	200		Kit per inserzione percutanea con dilatatori e filo guida.		
49	40	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Cannula venosa per accesso femorale, con punta in metallo per consentire un' inserzione atraumatica, armate, in poliuretano con parete ultrasottile per massimizzare il flusso e con dilatatore per facilitarne l'inserzione. Presenza di fori nella porzione distale per massimizzare il drenaggio venoso. Misura 24 fr (8 mm), lunghezza 87 cm circa con connessione da 3/8".	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
	40		Kit per inserzione percutanea con dilatatori e filo guida.		
50	240	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Cannule arteriose per accesso percutaneo femorale, armate, in poliuretano con parete ultrasottile per massimizzare il flusso e con dilatatore per facilitarne l'inserzione. Varie misure da 19 fr a 24 fr , lunghezza complessiva maggiore di 20 cm circa, lunghezza effettiva maggiore di 15 cm circa con connessione da 3/8".	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
	240		Kit per inserzione percutanea con dilatatori e filo guida.		

Lotto	Q.Tà Quadriennali	Gestione	Descrizione	Criteri di Valutazione: Qualità/Prezzo	Campionatura
		Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Cannule arteriose con punta smussa, per accesso ascellare, succlavia e aorta, armate, in poliuretano, con parete ultrasotile per massimizzare il flusso e con dilatatore per facilitarne l'inserzione:	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	
	20		misura 18-19 fr (6 mm) lunghezza complessiva 20 cm circa, lunghezza effettiva 15 cm circa con connessione da 3/8" con luer lock.		
	20		misura 20-21 fr (6,7 mm) lunghezza complessiva 20 cm circa, lunghezza effettiva 15 cm circa con connessione da 3/8" con luer lock.		
	40		Kit per inserzione percutanea con dilatatori e filo guida.		
51	40	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Linea aspirazione sangue per CEC da 1/4" con pacco campo sterile assemblati su disegno della divisione di cardiocirurgia. Composta da tubo in PVC da 1/4" di 230 cm più tubo in Silastic da 1/4" di 200 cm con relativo connettore 1/4" - 1/4" LL. Tipologia secondo schema allegato.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
52	40	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma		Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
53	80	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Tubo per CEC monouso, sterile, in PVC da 3/8" lunghezze richieste 100 cm circa e 260 cm circa.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
54	40	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Tubo per CEC monouso, sterile, in PVC da 1/2" lunghezza 150cm circa.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO

Lotto	Q.Tà Quadriennali	Gestione	Descrizione	Criteri di Valutazione: Qualità/Prezzo	Campionatura
55	400	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Sacca sterile per trasferimento sangue priva di anticoagulante da 600 ml.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
56	40	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Cannula venosa femorale a doppio stadio, armata, in poliuretano con parete ultrasottili per massimizzare il flusso e con dilatatore per facilitarne l'inserzione. La cannula deve prevedere n. 2 sezioni di drenaggio intervallate da una sezione senza fori che si posiziona a livello dell'atrio destro. Misure da 22 Fr a 25 Fr con connettore da 1/2".	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
			Kit d'inserzione percutanea con dilatatori e filo guida.		
57	80	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Filtro gasbatteriológico, membrana filtrante per trattenere particelle fino a 0,45 micron, composto da due semigusci rigidi e da una membrana microporosa in Teflon supportata da TNT in poliestere. Connettori 1/4"-1/4".	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	1 PEZZO
58	3.200	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Lame monouso per coronarie. - da pungere : angolata 30° e profonda 3,5 mm; - da isolare: punta smussa tutta tagliente. Confezionamento sterile.	Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	10 PEZZI PER TIPO

Lotto	Q.Tà Quadriennali	Gestione	Descrizione	Criteri di Valutazione: Qualità/Prezzo	Campionatura
59	65.160	Unità Logistica Centralizzata Reggio Emilia	- monouso, sterile, in idoneo materiale, trasparente, non elettro conduttore, flessibile e leggero; - diametro mm 22 circa per adulti, 15 mm circa per tipo pediatrico e 10 mm circa per tipo neonatale; - superficie interna liscia e non corrugata, - rinforzo a spirale esterno antischacciamento; - compliance e resistenza al flusso conformi a quanto previsto dalle normative ISO di riferimento da documentare; - rilascio ed assorbimento di gas anestetici a valori minimi da documentare; - lunghezza: almeno cm 120,180,220,300 e 400 circa (misure varie); - connessioni a perfetta tenuta conformi alle normative ISO di riferimento; - completamente latex free; - etichetta 13b, confezione 13a; Vedasi "nota etichette e confezioni".	Parametri Qualitativi: -PRATICITA'D'USO (misure disponibili, maneggevolezza) (Punti.12) -QUALITA'DEL MATERIALE (trasparenza, flessibilità, resistenza allo schiacciamento, qualità delle connessioni)(P.18) -EFFICACIA (compliance, permeabilità ai gas, resistenza al flusso)(P.18) -CONFEZIONE (caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta)(P.12)	2 PEZZI MISURA 180 CM
60	920	Unità Logistica Centralizzata Reggio Emilia	Set anestesia adulti con pallone e raccordo angolato composto da: - circuito anestesia ad Y con tubi a spirale in PVC medical grade diam. 22 mm, superficie interna liscia, lunghezza cm 300, attacchi lato macchina 22Flex e 22M/15F lato paziente; - tubo a spirale in PVC medical grade liscio internamente, diam. mm 22 circa, lunghezza cm 300 circa; - connessione 22M, con pallone 2 lt latex free; - raccordo angolato, attacchi 22Flex/22Flex; - confezione 14a, etichetta 14b. Vedasi allegato "nota etichette e confezioni".	Parametri Qualitativi: -PRATICITA'D'USO (misure disponibili, maneggevolezza) (Punti.12) -QUALITA'DEL MATERIALE (trasparenza, flessibilità, resistenza allo schiacciamento, qualità delle connessioni)(P.18) -EFFICACIA (compliance, permeabilità ai gas, resistenza al flusso)(P.18) -CONFEZIONE (caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta)(P.12)	2 PEZZI

Lotto	Q.Tà Quadriennali	Gestione	Descrizione	Criteri di Valutazione: Qualità/Prezzo	Campionatura
			Tubo a spirale in PVC non sterile - tubo spirale in PVC, ad alto grado di trasparenza non elettroconduttore, flessibile, leggero; - superficie interna liscia; - compliance e resistenza al flusso conformi a quanto previsto dalle normative ISO di riferimento documentate da lavori clinici o test di laboratorio; - connettori morbidi; - non sterile, clinicamente pulito; - latex free. Per adulti, misure: cm 150, diametro 22 mm, connettori 22Flex/22Flex Tipo pediatrico, misure: cm 150, diametro 15 mm, connettori 22Flex/22Flex cm 180, diametro 15 mm, connettori 15Flex/22Flex cm 300, diametro 15 mm, connettori 15Flex/22Flex Tipo neonatale, misure: cm 200, diametro 10 mm, connettori 10Flex/15Flex - confezionamento 14a, etichetta 14b Vedasi "nota etichette e confezioni".	Parametri Qualitativi: -PRATICITA' D'USO (misure disponibili, maneggevolezza) (Punti.12) -QUALITA' DEL MATERIALE (trasparenza, flessibilità, resistenza allo schiacciamento, qualità delle connessioni)(P. 18) -EFFICACIA (compliance, permeabilità ai gas, resistenza al flusso)(P.18) -CONFEZIONE (caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta)(P. 12)	
61	1.400	Unità Logistica Centralizzata Reggio Emilia	Siringa automatica a perdita di resistenza - siringa monouso in polipropilene o altro idoneo materiale plastico senza ago; - spirale a compressione coassiale in acciaio inox interna al cilindro; - pressione interna al cilindro 20 kPa costante; - sterile, latex free; - confezione singola sterile 13a, etichetta 13b; Vedasi "nota etichette e confezioni".	Parametri Qualitativi: -PRATICITA' D'USO (maneggevolezza, di facile utilizzo) (Punti.24) -EFFICACIA (costanza della pressione interna)(P.30) -CONFEZIONE (caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta)(P.6)	1 PEZZO MISURA CM 150
62	600	Unità Logistica Centralizzata Reggio Emilia	Siringa automatica a perdita di resistenza - siringa monouso in polipropilene o altro idoneo materiale plastico senza ago; - spirale a compressione coassiale in acciaio inox interna al cilindro; - pressione interna al cilindro 20 kPa costante; - sterile, latex free; - confezione singola sterile 13a, etichetta 13b; Vedasi "nota etichette e confezioni".	Parametri Qualitativi: -PRATICITA' D'USO (maneggevolezza, di facile utilizzo) (Punti.24) -EFFICACIA (costanza della pressione interna)(P.30) -CONFEZIONE (caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta)(P.6)	2 PEZZI

Lotto	Q.Tà Quadriennali	Gestione	Descrizione	Criteri di Valutazione: Qualità/Prezzo	Campionatura
63	240	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Anelli per riparazione valvola mitralica e tricuspidaica. Devono avere le seguenti caratteristiche fondamentali: - premontati su supporto; - radiopachi; - aperti e chiusi; - flessibili o semirigidi; - di diversa conformazione per diverse esigenze.	ACCORDO QUADRO Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	NO CAMPIONATURA
64	600	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Valvole meccaniche aortiche e mitraliche Bidisco. Devono avere le seguenti caratteristiche fondamentali: - minimo profilo per evitare ostruzioni agli osti coronarici; - massima apertura degli emidischi per minimizzare il gradiente; - sistema di cerniera degli emidischi che compori il minimo rischio di interferenza ostruttiva; - orientabili dopo l'impianto; - costruzione in carbonio pirolitico degli elementi mobili a contatto con il sangue.	ACCORDO QUADRO Parametri qualitativi: - valutazione aspetti tecnici specifici del dispositivo (punti 20) - valutazione clinica in relazione alla efficacia e facilità d'uso (punti 35) - confezionamento (punti 5)	NO CAMPIONATURA

NOTA ETICHETTE E CONFEZIONI

1) Prodotti Sterili

13a Confezione: singola sterile, monouso, di facile apertura

13b Etichetta: fatto salvo quanto eventualmente disposto da disposizioni legislative, le etichette apposte su ogni confezione dovranno indicare:

- descrizione del prodotto e quantitativo contenuto;
- misura, dimensioni, lunghezza, calibro, ecc.;
- marchio CE con/senza numero secondo quanto previsto dalla norma in vigore;
- dicitura "sterile" e "monouso" o similare;
- dicitura Latex Free ove previsto;
- numero di lotto, data di preparazione e di scadenza;
- metodo di sterilizzazione;
- eventuali istruzioni per l'uso;
- nome e indirizzo del produttore e/o distributore;

Il prodotto dovrà possibilmente essere dotato di codice a barre identificativo sulla confezione esterna e/o etichetta.

2) Prodotti non Sterili




14a Confezione: Singola

14b Etichetta: su ogni singola confezione deve essere riportato:

- descrizione del prodotto e quantitativo contenuto;
- misura, dimensioni, lunghezza, calibro, ecc.;
- marchio CE con/senza numero secondo quanto previsto dalla norma in vigore;
- dicitura "monouso" o similare, per i prodotti monouso;
- dicitura "clinicamente pulito" se del caso;
- dicitura Latex Free, ove previsto;
- numero di lotto, data di preparazione;
- eventuali istruzioni per l'uso;
- nome e indirizzo del produttore e/o distributore;

Il prodotto dovrà possibilmente essere dotato di codice a barre identificativo sulla confezione esterna e/o etichetta.

TIPOLOGIA LOTTO N° 25



PACKAGING

PRODUCT

PREPARED BY HAND

POUCH


1605H

PRODUCT LABEL

2101



FILE N° EPMI2015

10 PCS PER
PACKAGE




FILE N° EPMI2015

TIPOLOGIA LOTTI N° 36 e 37



[illegible]

TIPOLOGIA COTTI N° 36 e 37



TIPOLOGIA LOTTO N° 52

