



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
Servizio Attività Economiche e di Approvvigionamento

Il Direttore

Gara a procedura aperta indetta con provvedimento del 15.3.2016 n. 107 ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/06, in n. 64 lotti distinti per la fornitura di dispositivi medici per cardiocirurgia e terapia intensiva.

CHIARIMENTO DEL 21 APRILE 2016

QUESITO:

Relativamente al lotto n. 43 una ditta chiede di indicare il numero di lumi che devono avere i cateteri.

RISPOSTA:

Essendo il lotto 43 relativo a cateteri arteriosi gli stessi devono essere monolumine.