



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

AZOSPR

USCITA - 25/05/2017 - 0019192 - 9.2.2



Dipartimento Interaziendale Tecnico e Logistica
Servizio Acquisizione Beni

Il Direttore

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ai sensi dell'art. 216 comma 9 Dlgs 50/2016

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, con sede in Parma, via Gramsci n. 14, tel. 0521/702406, indirizzo di posta elettronica - referente sbelletti@ao.pr.it e indirizzo internet www.ao.pr.it - ha la necessità di acquisire **n. 10 SISTEMI A DOPPIO PC MEDICALE, per Sale Operatorie dell'ALA OVEST e ORTOPEDIA dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma**, entro la scadenza ed alle condizioni disciplinate nella lettera di invito, che verrà successivamente trasmessa, mediante pubblicazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione_CIG_7091709765 _ Importo a base d'asta € 151.650,00, I.V.A. esclusa

Breve descrizione dell'appalto:

Fornitura di n 10 SISTEMI A DOPPIO PC MEDICALE (descrizione dettagliata nello SCHEMA SINTETICO FORNITURA, allegato A)

Data dell'avviso: 25/05/17

Altre eventuali informazioni:

L'Azienda intende invitare a formulare offerta almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

La procedura verrà espletata mediante sistema di acquisti centralizzato della Pubblica Amministrazione

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non oltre il giorno 05/06/2017, alle ore 12:00, all'indirizzo pec saea@cert.ao.pr.it

RUP: rag.ra Silvia Belletti (tel 0521/702406 – mail: sbelletti@ao.pr.it)

- dott.ssa Silvia Orzi -

SCHEMA SINTETICO DELLA FORNITURA – ALL A

1. Schema della fornitura

	Q.tà	Descrizione
Comparto Operatorio Ortopedia – 4 Sale Operatorie	4	Sistema composto da doppio PC Medicale
Comparto Operatorio ALA Ovest – 6 Sale Operatorie	6	Sistema composto da doppio PC Medicale

2. Caratteristiche tecniche

Sistema composto da due PC Medicali indipendenti per l'installazione ad incasso o a fissaggio esterno in ambiente medicale.

I sistemi devono essere integrati in un unico telaio metallico completamente sigillato, dotato di pannello in vetro di sicurezza antiriflesso integrato nel telaio metallico, sanificabile con prodotti di normale utilizzo in sala operatoria.

Caratteristiche tecniche indicative dei PC Medicali

PC Medicale 1

- Sistema operativo WINDOWS 10 PRO
- 1x display 27"-TFT, 1920 x 1080 Pixel, luminosità 300 cd/m², contrasto 1000:1, angolo visuale 178°/178°, rapporto d'aspetto 16:9, TOUCHSCREEN capacitivo
- Sistema di raffreddamento FANLESS;
- Processore Intel® Core™ i7;
- 8 GB RAM;
- SSD 120 GB;
- 1x LAN 10/100/1000 MBit;
- 1x RS232;
- collegamento al nodo equipotenziale integrato, alimentatore interno 100-240VAC
- Tastiera ripieghevole sanificabile con touchpad integrato, slot DVD integrato e USB 2.0 integrata
- Il sistema deve rendere disponibile il segnale video in uscita ausiliaria con almeno i segnali seguenti:
N°1: HDMI
- Il sistema deve poter essere utilizzato come display ripetitore, commutando ad input video esterno tramite interruttore\telecomando. Il segnale utilizzabile come input video deve essere almeno: N°1 DVI

PC Medicale 2

- Sistema operativo WINDOWS 10 PRO
- 1x display 32"-TFT, con risoluzione 4K
- sistema di raffreddamento FANLESS
- processore Intel® Core™ i7,
- 8 GB RAM,
- SSD 120 GB
- 1x LAN 10/100/1000 MBit,

- 1x RS232,
- collegamento al nodo equipotenziale integrato, alimentatore interno 100-240VAC
- 1x display 27"-TFT, 1920 x 1080 Pixel, luminosità 300 cd/m², contrasto 1000:1, angolo visuale 178°/178°, rapporto d'aspetto 16:9, TOUCHSCREEN capacitivo
- sistema operativo WINDOWS 10 PRO
- Tastiera ripieghevole sanificabile con touchpad integrato, slot DVD integrato e USB 2.0 integrata
- Il sistema deve rendere disponibile il segnale video con almeno i segnali seguenti:
- N°1: HDMI
- Il sistema deve poter essere utilizzato come display ripetitore, commutando ad input video esterno tramite interruttore\telecomando. Il segnale utilizzabile come input video almeno: N°1 DVI

3. Conformità a particolari disposizioni/norme

Oltre alle disposizioni/norme vigenti in particolare è richiesta la marcatura CE secondo la direttiva 93/42/EEC (Dlgs. 46/97) e successive modifiche specificandone in particolare la "destinazione d'uso" prevista.

È prevista inoltre la valutazione delle conformità secondo le norme vigenti ed in particolare alla:

- CEI 62-5 (IEC 60601-1)

4. Caratteristiche dell'installazione:

I sistemi devono poter essere montati:

- Ad incasso, con lavori di installazione inclusi, nel comparto operatorio Ala Ovest;
- Con sistema di fissaggio alle pareti della Sala Operatoria (per le installazioni relative al comparto operatorio di Ortopedia).

Le specifiche per le singole installazioni saranno comunicate in sede di ordine.

Per ognuna delle due configurazioni deve essere presentato un disegno tecnico comprensivo di ingombri.

5. Tempogramma delle attività di installazione e collaudo

L'installazione, da includere nell'offerta, dovrà essere gestita con la minima interferenza con l'attività sanitaria in corso.

Eventuali lavori di adeguamento saranno inclusi in offerta economica.

TEMPI MASSIMI TASSATIVI DI CONSEGNA :

- **Comparto Operatorio Ala Ovest:** disponibilità di una singola sala alla volta (tempistiche massime per installazione e collaudo pari a 1/2 giornata per singola installazione). Tempi massimi di consegna dall'ordine o comunicazione di pre-ordine di assegnazione: 90 gg solari consecutivi.
- **Comparto Operatorio Ortopedie:** disponibilità dell'intero blocco operatorio (tempistiche massime per installazione e collaudo pari a 3 giorni naturali e consecutivi complessivi). Tempi massimi di consegna dall'ordine o comunicazione di pre-ordine di assegnazione: 45 gg solari consecutivi.

6. GARANZIA MINIMA OBBLIGATORIA

Garanzia minima prevista: 36 mesi full risk.